

2/2016

Kraków, 02 listopada 2016 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa rękawic diagnostycznych” – numer sprawy 2/2016 (Dz.U. 2016/S 199-358254 z dnia 14.10.2016 r.)

- I. Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej (dalej: *Zamawiający*), w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zamówienie publiczne jw., odpowiada na zapytania wniesione przez Wykonawców do niniejszego postępowania:

PYTANIA I

Pytanie 1 – dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania przed starzeniem min. 8,5N i pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 2 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1a Zadaniu nr 2 Pozycja 6 na potwierdzenie poziomu protein $\leq 50\mu\text{g/g}$ będzie wymagał protokołów badań producenta z kraju pochodzenia nie starszych niż 2015r. co będzie zgodne z wymaganiami w Załączniku nr 1a Zadaniu nr 2 Pozycja 14?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 3 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,12-0,13mm, nieznacznie różniące się od wymaganej przez Zamawiającego i pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 4 – dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08mm, nieznacznie różniące się od wymaganej przez Zamawiającego i pozostałych parametrach niezmiennych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 – dotyczy Zadania nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga rękawic nitylowych w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 6 – dotyczy Zadania nr 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2015r. potwierdzające parametry dotyczące szczelności rękawic, grubości podwójnej ścianki palca rękawicy oraz poziomu protein(gdzie dotycz)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie 7 – dotyczy SIWZ punkt 14.3)

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaistniała pomyłka i Zamawiający będzie oceniał liczbę sztuk rękawice w opakowaniu **jednostkowym** w sposób następujący:

Opakowanie powyżej 200 sztuk – 0 punktów

Opakowanie 101-200 sztuk – 10 punktów

Opakowanie do 100 sztuk – 20 punktów?

Odpowiedź: Zamawiający w dalszej części pisma modyfikuje zapisy w tym zakresie, zgodnie z treścią zapytania.

PYTANIA II

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm ($\pm 0,02$) nie będące Środkiem Ochrony Indywidualnej kat III?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje wymagania z SIWZ.

- II. W związku z udzielonymi odpowiedziami jw. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w następujący sposób: W Rozdziale 14. pkt. 3 SIWZ - Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert, w części otrzymuje brzmienie:

Liczba sztuk rękawic w opakowaniu zbiorczym - L

Punktacja za liczbę sztuk rękawic w opakowaniu zbiorczym dokonana zostanie w sposób następujący (skala ocen 0 – 20 pkt):

- Opakowanie powyżej 200 sztuk - 0 punktów
Opakowanie **101** - 199 sztuk - 10 punktów
Opakowanie do 100 sztuk - 20 punktów

- III. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie:

• **WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** – Rozdział 5 pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie materiałów medycznych, każde o wartości brutto w zł co najmniej:

zadanie 1 – 40 000,00 zł, zadanie 2 – 200 000,00 zł, zadanie 3 – 200 000,00 zł , zadanie 4 – 20 000,00 zł, zadanie 5 – 150,00 zł, zadanie 6 – 5 000,00 zł, zadanie 7 – 2 000,00 zł.

- ✓ Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ulega zmianie w zakresie rozdziału III. pkt. 1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, odpowiednio.

• **WADIUM** - Rozdział 9 SIWZ - Wadium pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych części zamówienia wynosi:

część 1	2 000,00 zł
część 2	12 000,00 zł
część 3	10 000,00 zł
część 4	1 000,00 zł
część 5	8,00 zł
część 6	200,00 zł
część 7	150,00 zł

- ✓ Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ulega zmianie w zakresie rozdziału VI pkt.3 - Informacje dodatkowe pkt. 1).

- IV. Zamawiający umieszcza sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U. 2016/S 199-358254.

- V. Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzpzoz.pl

- VI. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie. Zmiany SIWZ stają się wiążące z chwilą ich wprowadzenia.

- VII. Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone niezwłocznie.